



中华人民共和国
计量器具型式批准证书

北京市华云分析仪器研究所有限公司：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2022C13-11

批准人：李国飞

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

名称： 便携式红外线气体分析器（二氧化碳红外线气体分析器）

类别： C

型号	规格	准确度
GXH-3010F	CO ₂ : (0~1.00 0%) mol/mol	二级
GXH-3010F	CO ₂ : (0~0.50 0%) mol/mol	二级

发证日期：二〇二二年二月十五日

发证机关（盖章）：北京市市场监督管理局

